

Análise de Catálogo – PE 47/2025

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI

CNPJ: 36.999.842/0001-46

1º Colocado

| Item | Descrição                                                               | Situação | Marca                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|
| 03   | LARINGOSCÓPIO ADULTO - KIT COMPLETO COM FIBRA ÓPTICA E ILUMINAÇÃO LED   | APROVADO | MD L C C 3<br>Lâminas /<br>MD L C C 3<br>Lâminas   |
| 05   | LARINGOSCÓPIO INFANTIL - KIT COMPLETO COM FIBRA ÓPTICA E ILUMINAÇÃO LED | APROVADO | MD L AA C 3<br>Lâminas /<br>MD L AA C 3<br>Lâminas |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

  
Alzira Pereira Costa

*\*Itens aprovados quanto às especificações técnicas, ressaltando que foi solicitada análise complementar via WhatsApp a Enfª. Josiane de Almeida Queiroz, a qual igualmente aprovou os itens.*

Análise de Catálogo – PE 47/2025

ANDES COMERCIAL LTDA EPP

CNPJ: 10.242.040/0001-01

1º Colocado

| Item | Descrição     | Situação | Marca              |
|------|---------------|----------|--------------------|
| 06   | AUTO REFRATOR | APROVADO | Cyclops /<br>CY-KR |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

Alzira Pereira Costa

*\*Item aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que foi solicitada análise complementar via WhatsApp ao Dr. Emílio Rodrigo Sheinel, médico oftalmologista que atende na Especialidades, o qual igualmente aprovou o item..*

Análise de Catálogo – PE 47/2025

MAGNA MÉDICA LTDA

CNPJ: 05.922.811/0001-63

1º Colocado

| Item | Descrição  | Situação                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Marca                         |
|------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 07   | CAMPIMETRO | APROVADO<br><br>O item está aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que a mesa elétrica compatível com acessibilidade é de fornecimento obrigatório na entrega.                                                                                                             | EYETEC /<br>EYETEC            |
| 08   | LENSÔMETRO | APROVADO<br><br>O item está aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que os acessórios indispensáveis ao funcionamento, ainda que não mencionados no catálogo (cabos, manual em português, fonte de alimentação e demais itens), são de fornecimento obrigatório na entrega. | MARCA<br>PRÓPRIA /<br>AL 1600 |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

  
Alzira Pereira Costa

*\*Item aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que foi solicitada análise complementar via WhatsApp ao Dr. Emílio Rodrigo Sheinel, médico oftalmologista que atende na Especialidades, o qual igualmente aprovou os itens.*

Análise de Catálogo – PE 47/2025

NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR

CNPJ: 20.956.481/0001-10

1º Colocado

| Item | Descrição               | Situação | Marca                            |
|------|-------------------------|----------|----------------------------------|
| 10   | ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO | APROVADO | ACCUMED /<br>ESFS20N,<br>Premium |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analisado e conferido por:



Alzira Pereira Costa

*\*Item aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que foi solicitada análise complementar via WhatsApp a Enfª. Josiane de Almeida Queiroz, a qual igualmente aprovou o item.*

Análise de Catálogo – PE 47/2025

ALINE DALFRÉ BARBIERI ME

CNPJ: 30.788.424/0001-23

1º Colocado

| Item | Descrição              | Situação | Marca              |
|------|------------------------|----------|--------------------|
| 11   | ESFIGMOMANÔMETRO OBESO | APROVADO | PREMIUM /<br>OBESO |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

  
Alzira Pereira Costa

*\*Item aprovado quanto às especificações técnicas, ressaltando que foi solicitada análise complementar via WhatsApp a Enfª. Josiane de Almeida Queiroz, a qual igualmente aprovou o item.*

Análise de Catálogo – PE 47/2025

PETERSON JOSE BERNARDO

CNPJ: 38.348.250/0001-90

1º Colocado

| Item | Descrição | Situação                                                                                   | Marca              |
|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 09   | TOPÓGRAFO | REPROVADO<br>Assistência<br>técnica não<br>cumpre o raio<br>exigido de no<br>máximo 250km. | Eyetec /<br>Saturn |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

  
Alzira Pereira Costa

Análise de Catálogo – PE 47/2025

COMERCIAL APP COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA

CNPJ: 49.353.698/0002-07

1º Colocado

| Item | Descrição                                                    | Situação                                                                                                                                                                                                                                                       | Marca                                            |
|------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 13   | AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER<br>18.000 BTU'S QUENTE/FRIO | REPROVADO<br><br>O catálogo não atende integralmente ao descritivo. O ponto mais crítico é a vazão de ar inferior (850 m³/h versus 1.235 m³/h exigido) e a ausência de funções de inteligência artificial, controle de umidade e filtragem antiviral completa. | PHILCO /<br>PAC18000IQFM                         |
| 14   | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER<br>12.000 QUENTE/FRIO         | REPROVADO<br><br>O equipamento NÃO atende integralmente ao edital. O ponto crítico é a vazão de ar insuficiente (500 m³/h) e a ausência de funções de conectividade e IA exigidas.                                                                             | AGRATTO /<br>INVERTER<br>LCST12QF-02I-<br>12KBTU |

Capão Bonito, 19 de setembro de 2025.

Analizado e conferido por:

  
Alzira Pereira Costa