



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS APRESENTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 541/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para a
Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de
Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: BH DENTAL COMERCIAL EIRELI EPP

CNPJ: 29.312.896/0001-26.

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base na análise dos catálogos apresentados pela empresa licitante, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Item	Descrição Item (edital)	Marca/ Modelo Ofertado	Quantidade e recebida	Data de recebimento	Condição da Amostra (íntegra/danificada)
41	Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO, com as seguintes características: - velocidade de rotação: entre 300.000 e 420.000 rpm; - confeccionada em corpo metálico; - encaixe ou conexão: borden (universal 2 furos); - refrigeração da broca: spray triplo; - autoclavável a 135°; - colocação e retirada das brocas através do sistema push-button; - rolamento cerâmico; - nível de ruído máximo: até 70 decibéis (dB); - baixo consumo de ar; - acompanhada de óleo lubrificante; - o material deve ser produzido e entregue conforme as normas técnicas e a legislação vigente. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Não se aplica	04/03/26	Não se aplica
71	Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça pequena. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Não se aplica	04/03/26	Não se aplica



72	Caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão borden 2 furos, c/ refrigeração externa. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Não se aplica	04/03/26	Não se aplica
----	---	----------	---------------	----------	---------------

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Item	Descrição Item (edital)	Marca/ Modelo Oferta do	Método de Avaliação (visual/funcional/medição)	Situação da Amostra (aprovada/reprovada)
41	Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO, com as seguintes características: - velocidade de rotação: entre 300.000 e 420.000 rpm; - confeccionada em corpo metálico; - encaixe ou conexão: borden (universal 2 furos); - refrigeração da broca: spray triplo; - autoclavável a 135°; - colocação e retirada das brocas através do sistema push-button; - rolamento cerâmico; - nível de ruído máximo: até 70 decibéis (dB); - baixo consumo de ar; - acompanhada de óleo lubrificante; - o material deve ser produzido e entregue conforme as normas técnicas e a legislação vigente. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Catálogo/ Outras aquisições	Reprovado
71	Caneta baixa rotação, tipo contra ângulo, relação transmissão 1:1, torque maior ou igual 50, troca de broca pressão cabeça (push button), c/ refrigeração externa, tipo cabeça pequena. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Catálogo/ Outras aquisições	Aprovado



72	Caneta baixa rotação, tipo micromotor, conexão borden 2 furos, c/ refrigeração externa. ENVIAR CATÁLOGO.	Dentemed	Catálogo/ Outras aquisições	Aprovado
----	---	----------	-----------------------------	----------

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item apresentado, apresentado é inferior ao solicitado em edital, onde solicita superior ou equivalente a marcas indicadas. Salientamos que realizamos a aquisição deste item em outros processos licitatórios e estes equipamentos foram descartados em pouco tempo de uso.

No Edital solicita que a Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO e se trata de item inferior.

Item	Justificativa da Reprovação
41	Item apresentado, apresentado é inferior ao solicitado em edital, onde solicita superior ou equivalente a marcas indicadas. Salientamos que realizamos a aquisição deste item em outros processos licitatórios e estes equipamentos foram descartados em pouco tempo de uso.

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

() Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;

(X) Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5 deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: Fabrizio Narciso Olivatti

CPF: 259.088.038-39

Cargo/Função: Coordenador de Odontologia

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 24 de março de 2026.

Assinatura