



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS APRESENTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 541/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico

Objeto: Aquisição de materiais odontológicos para a Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: SILVIO VIGIDO

CNPJ: 21.276.825/0001-03

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base nas **ANÁLISE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS APRESENTADOS PELA EMPRESA LICITANTE**, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Item	Descrição Item (edital)	Marca/Modelo Ofertado	Quantidade recebida	Data de recebimento	Condição da Amostra (íntegra/danificada)
41	Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO, com as seguintes características: - velocidade de rotação: entre 300.000 e 420.000 rpm; - confeccionada em corpo metálico; - encaixe ou conexão: borden (universal 2 furos); - refrigeração da broca: spray triplo; - autoclavável a 135°; - colocação e retirada das brocas através do sistema push-button; - rolamento cerâmico; - nível de ruído máximo: até 70 decibéis (dB); - baixo consumo de ar; - acompanhada de óleo lubrificante; - o material deve ser produzido e entregue conforme as normas técnicas e a legislação vigente. ENVIAR CATÁLOGO.	Dx mega button	01		Não se aplica

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Item	Descrição Item (edital)	Marca/Modelo Ofertado	Método de Avaliação (visual/funcional/medição)	Situação da Amostra (aprovada/reprovada)
41	Caneta odontológica de alta rotação 420.000 rpm, equivalente ou superior marca DABI Atlante ou SAEVO, com as seguintes	Dx mega button	Análise de descritivo	Aprovada



	características: - velocidade de rotação: entre 300.000 e 420.000 rpm; - confeccionada em corpo metálico; - encaixe ou conexão: borden (universal 2 furos); - refrigeração da broca: spray triplo; - autoclavável a 135°; - colocação e retirada das brocas através do sistema push-button; - rolamento cerâmico; - nível de ruído máximo: até 70 decibéis (dB); - baixo consumo de ar; - acompanhada de óleo lubrificante; - o material deve ser produzido e entregue conforme as normas técnicas e a legislação vigente. ENVIAR CATÁLOGO.			
--	--	--	--	--

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item	Justificativa da Reprovação

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

(X) Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;

() Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5 deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: Fabricio Narciso Olivatti

CPF: 259.088.038-39

Cargo/Função: Coordenador de Odontologia

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 12 de maio de 2026.



Prefeitura Municipal de
CAPÃO BONITO

Assinatura