



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 6733/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2026

Objeto: Aquisição de materiais de Estomia e Curativos para a Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 43.269.791/0001-62.

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base na análise dos catálogos apresentados pela empresa licitante, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Itens: 04,30,36,37,48- foram encaminhadas uma amostra de cada item, todas integras, analisadas de forma visual, funcional e sua descrição.

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Itens: 04,30,36,37,48, itens foram reprovados.

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item	Justificativa da Reprovação
04	Reprovado- Recorte é diferente do solicitado, composição também não atende ao edital.
30	Reprovado- Falta informações sobre atender a descrição de composição de hidrocolóides.
36	Reprovado- Não atende na descrição onde solicita composição em ácido bórico e hidantoína.
37	Reprovado- Composição não possui vaselina e classe de risco III
48	Reprovado- Falta em sua composição espuma 6 camadas, e duas camadas dispersivas.

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

() Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;



(X) Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5 deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: Josiane de Almeida Queiroz

CPF: 337.866.068-62

Cargo/Função: Enfermeira-ESF

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 06 de julho de 2026.

Assinatura



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DOS CATÁLOGOS APRESENTADOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 6733/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2026

Objeto: Aquisição de materiais de Estomia e Curativos
para a Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de
Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: NEO MEDICAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 20.956.481/0001-10.

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base na análise dos catálogos apresentados pela empresa licitante, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Itens: 38,39- Foram encaminhadas uma amostra de cada item, todas integras suficientes para análise de descritivo, análise funcional e visual.

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Itens: 38,39-Foram encaminhadas uma amostra de cada item, todas integras suficientes para análise de descritivo, análise funcional e visual. Itens foram reprovados.

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item	Justificativa da Reprovação
38	Não possui em sua composição ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Composição de extrema importância para garantir a eficiência do tratamento.
39	Não possui em sua composição ácido etilenodiamino tetra-acético e cloreto de benzetônio. Composição de extrema importância para garantir a eficiência do tratamento.

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

() Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;



(X) Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5 deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: Josiane de Almeida Queiroz

CPF: 337.866.068-62

Cargo/Função: Enfermeira-ESF

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 06 de julho de 2026.

Assinatura



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 6733/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2026

Objeto: Aquisição de materiais de Estomia e Curativos para a Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: VR VALADARES SUPRIMENTOS EIRELI-ME

CNPJ: 15.442.606/0001-54.

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base na análise das amostras apresentadas pela empresa licitante, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Itens: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,31,32,35- Foram encaminhadas uma amostra de cada item, todas integras suficientes para análise de descritivo, análise funcional e visual.

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Itens: 1,2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,28,29,31,32,35- Foram encaminhadas uma amostra de cada item, todas integras suficientes para análise de descritivo, análise funcional e visual.

Os itens 31 e 32 foram aprovados, apesar de não atenderem o edital em sua conformidade, ao utilizarmos identificamos que os produtos são de boa qualidade e são suficientes para atender a necessidade.

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item	Justificativa da Reprovação
1	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho.
2	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
5	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado
6	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
7	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, item descolou facilmente da pele.
8	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do



	mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
9	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
10	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
11	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
12	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
13	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
14	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
15	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
16	Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado.
17	Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado.
18	Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado.
19	Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado.
20	Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado. Reprovado- Recorte, flange e composição não atendem ao solicitado.
21	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, composição do item não corresponde ao solicitado.
28	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho, Recorte, flange e composição do item não corresponde ao solicitado.
29	Reprovado- Tamanho diferente do solicitado, é necessário ser do mesmo tamanho.
35	Reprovado- A composição está em desacordo e ao utilizar identificamos que ele é utilizado para fins diferentes do qual o edital solicita.

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

() Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;

(X) Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5 deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.



Prefeitura Municipal de
CAPÃO BONITO

Nome do Responsável Técnico: Josiane de Almeida Queiroz

CPF: 337.866.068-62

Cargo/Função: Enfermeira-ESF

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 06 de julho de 2026.

Assinatura



PARECER DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS APRESENTADAS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

Processo Administrativo nº: 6733/2026.

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 31/2026

Objeto: Aquisição de materiais de Estomia e Curativos para a Secretaria Municipal de Saúde

Órgão/Secretaria Demandante: Secretaria Municipal de Saúde

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA ANALISADA

Empresa Licitante: CEDC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ: 55.902.597/0001-51.

2. OBJETO DA ANÁLISE

Análise técnica realizada com base na análise das amostras apresentadas. pela empresa licitante, conforme exigências do Edital e do Termo de Referência, visando verificar a conformidade dos produtos ofertados quanto às especificações técnicas, funcionais e de qualidade.

3. CONTROLE DE RECEBIMENTO DAS AMOSTRAS

Itens: 33,34,49- Foram encaminhadas uma amostra de cada item para análise, amostra íntegra, nas marcas ofertadas em processo de lances.

4. TABELA DE ANÁLISE TÉCNICA DAS AMOSTRAS (exemplo)

Itens: 33,34 e 49- Itens foram reprovados, foram analisadas as funcionalidades e descrição

5. FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICA (OBRIGATÓRIA SOMENTE PARA ITENS REPROVADOS)

Item	Justificativa da Reprovação
33	Reprovado-não atende na composição zanthalene com propriedade anti-prurido, calmante da pele, ajudando a reduzir a dor e coceira ao longo do tempo.
34	Reprovado, não possui 100% silicone e nem possui sistema Bag-on-value (BoV) que permite uma pulverização contínua de 360 graus.
49	Reprovado, não possui em sua composição bisabolol, componente antiinflamatório e calmante.

6. CONCLUSÃO (EXEMPLO)

Diante da análise técnica realizada:

() Todos os itens analisados foram APROVADOS tecnicamente;

(X) Há itens REPROVADOS, conforme fundamentação constante no item 5



deste parecer.

7. RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE TÉCNICA

Declaro que realizei a análise técnica acima descrita, assumindo total responsabilidade pelas informações prestadas.

Nome do Responsável Técnico: Josiane de Almeida Queiroz

CPF: 337.866.068-62

Cargo/Função: Enfermeira-ESF

Setor: Secretaria Municipal de Saúde

Capão Bonito/SP, 06 de julho de 2026.

Assinatura